

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP	Sprzęt	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Model urządzenia
1	PASTERYZATOR SZT. 1	Urządzenie do przeprowadzania procesu pasteryzacji mleka kobiecego w zadanej temperaturze oraz czasie (62,5°C przez 30 min). • Urządzenie może wymagać podłączenia do sieci ciepłej i zimnej wody lub mieć możliwość bezwodnej pasteryzacji mleka, z zastosowaniem bloków grzejnych. • Możliwość w cyklu pasteryzacji ok 4-6 l mleka kobiecego, z zastosowaniem różnych butelek o pojemnościach: 50 i 130 ml. • Urządzenie wyposażone w urządzenie sterujące procesami i programami. • Urządzenie wyposażone w system kontrolny. • Działanie urządzenia w oparciu o ciągły odczyt z próbek. • Monitorowanie pracy urządzenia oraz sterowanie procesem pasteryzacji w sposób ciągły przy pomocy butelki referencyjnej. • Generowanie automatycznych raportów z poszczególnych cykli. • Zapis temperatury mleka wraz z godziną i datą. • Gwarancja 24 miesiące. • Wykonanie ze stali nierdzewnej. • Wyposażony w: rejestrator danych, butelkę testowa i sondę do pomiaru temperatury mleka. • Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat.		
2	ANALIZATOR SKŁADU MLEKA PRZEZNACZONY DO MLEKA LUDZKIEGO SZT. 1	• Łatwa aktualizacja oprogramowania. • Możliwość zgrania danych. • Urządzenie z możliwością pomiaru podstawowych wartości odżywczych. • Urządzenie proste w obsłudze.		

		• Urządzenie charakteryzujące się wysoką precyzyjnością i dokładnością. • Analiza składników mleka podczas jednego badania, wymagająca małych próbek około (1-10 ml) • Temperatura próbki mleka w zakresie 2-45°C lub 20-40°C. • Dostęp do danych poprzez kontakt USB. • Gwarancja 24 miesiące. • Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat. • Natychmiastowy wynik (około 2 min), pojawiający się na wyświetlaczu z możliwością przesyłania go do komputera lub urządzenia USB • Kopia zapasowa pamięci – trwała wewnętrzna pamięć flash		
3	SZAFKA MROŻNA (ZAMRAŻARKA) Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY PRZEZNACZONO DO PRZECHOWYWANIA SZT. 1	• Wymagany zakres temperatury pracy: -18°C do -25°C. • Alarm przekroczenie zakresu temperatury, braku zasilania. • Pojemność całkowita: 300-450 L. • Rodzaj sterowania – elektroniczne. • Wyświetlacz - zewnętrzny cyfrowy. • Cyfrowy wyświetlacz temperatury • Manualne rozmrażanie • Alarm niedomkniętych drzwi • W wyposażeniu co najmniej 4 szuflady • Gwarancja 24 miesiące. • Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 5 lat.		
4	PODGRZEWACZ DO BUTELEK I STRZYKAWEK SZT 3	• Urządzenie wyposażony w blok grzejny lub wydajny termoobieg zapewniający równomierny rozkład temperatury. • System zabezpieczający przed przegrzaniem. • Urządzenie przystosowane do użytku w oddziałach szpitalnych.		

		• Urządzenie z możliwością jednoczesnego podgrzewania zarówno strzykawek, jak i buteleczek. • Urządzenie z możliwością programowania temperatury utrzymania i podgrzania pokarmu. • Urządzenie zawiera układ sterujący z wyświetlaczem / możliwością podglądu temperatury zadanej i czasu, aktualnej temperatury. • Urządzenie nie może być zasilane akumulatorem lub bateriami. • Gwarancja 24 miesiące. • Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat.		
5	LAKTATORY – przewoźny SZT. 8	• Laktator szpitalny zapewniający separację mediów (zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora). • Laktator na wózku jezdnym. • Wyposażony w uchwyty na co najmniej dwie butelki. • Praca laktatora sterowana przez kartę z czipem lub elektroniczny układem scalonym. • Posiadający: dwa programy działania (program inicjacji do stymulacji laktacji, oraz program utrzymania laktacji) lub zapewniający możliwość pracy w dwóch trybach stymulacji i odciągania zasadniczego z opcja regulacji zarówno podciśnienia jak i dotykowo rytmu pracy. • Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka lub umożliwiającą skuteczną stymulację laktacji i efektywnego odciągania pokarmu. • Możliwość włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem lub zapewnia prostą obsługę wszystkich dostępnych paramentów. • Płynna lub stopniowa regulacja podciśnienia.		

		• Waga modułu laktatora nie większa niż 4,5kg. • Zasilanie sieciowe. • Wyrób medyczny zarejestrowany do pracy w szpitalu i w domu, dla wielu matek. • Gwarancja 24 miesiące. • Urządzenie posiadające certyfikaty CE • Dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min .5 lat.		
--	--	--	--	--

1. **Deklaruję/my, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.**
2. **Deklaruję/my, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Przedmiot zamówienia pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.**
3. **Deklaruję/my udzielenie na zaoferowany przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji jakości na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.**

.....
*(Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)*